

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żukowie

Dotyczy:

Zaproszenia do składanie ofert na dostawę aparatu ultrasonograficznego z wyposażeniem, wraz z instalacją, uruchomieniem, przeszkoleniem personelu.

Szanowni Państwo,

w związku z wpływaniem pytań Zamawiający udziela na nie odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy, nowoczesny aparat ultrasonograficzny o wadze 75 kg., aparat posiada zwartą konstrukcję, jest kompaktowy i łatwy w przewożeniu, w praktyce różnica 15 kg nie ma wpływu na łatwość użytkowania aparatu.

Tak, Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny o wadze 75 kg.

Pytanie2

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy, nowoczesny aparat ultrasonograficzny o liczbie kanałów wg danych producenta wynoszącej 11 872, ilość kanałów jest różnie liczona przez producentów, w praktyce większe znaczenie ma ilość fizycznych kanałów TX/Rx, ilość linii tworzących obraz USG oraz ilość elementów głowic obsługiwanych przez aparat.

Zamawiający nie zmienia wartości parametru dotyczącego ilości kanałów przetwarzania.

Pytanie 3

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy, nowoczesny aparat ultrasonograficzny wyposażony w głowicę convex pracującą w zakresie 1,4-5,0 MHz, oferowana przez nas sonda umożliwia ogniskowanie w dwóch płaszczyznach oraz pozwala wybrać aż z 3 częstotliwości fundamentalnych i 4 harmonicznymi co zapewnia doskonałej jakości badania dla pełnego spektrum pacjentów.

Zamawiający nie zmienia wymagań dotyczących zakresu częstotliwości sondy convex i dopuści do zaoferowania sondę pracującą w szerszym niż wymagany zakresie częstotliwości.

Pytanie 4

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy, nowoczesny aparat ultrasonograficzny wyposażony w głowicę endokawitarną o zakresie częstotliwości 3,3-10,3 MHz, tak małą różnica w zakresie częstotliwości nie ma żadnego znaczenia diagnostycznego.

Zamawiający nie zmienia wymagań dotyczących zakresu częstotliwości sondy endokawitarnej i dopuści do zaoferowania sondę pracującą w szerszym niż wymagany zakresie częstotliwości.

Dotyczy projektu istotnych postanowień umowy:

Pytanie 5

§4 ust. 2 - Odstąpienie od umowy jest czynnością radykalną i nie powinno zaskakiwać żadnej ze Stron. Naszym zdaniem zawarcie w umowie ogólnych klauzul, np. "wadliwego" wykonywania zobowiązań umownych definiuje potencjalnie szeroko zbiór przypadków, który umożliwiłaby Zamawiającemu odstąpienie od umowy, ponadto między Stronami mogłoby dojść do sporu w kwestii interpretacji powyższego sformułowania. Proponujemy, aby przed odstąpieniem Zamawiający wezwał Wykonawcę do usunięcia naruszenia z zagrożeniem odstąpienia od umowy, udzielając mu odpowiedniego dodatkowego terminu. Taka konstrukcja chroni słuszny interes Zamawiającego. Prosimy o następującą modyfikację:

„§ 4 ust. 2 – Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku, gdy dostawa jest zrealizowana wadliwie lub sprzecznie z umową, jednakże przed odstąpieniem Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia , wyznaczając mu w tym celu dodatkowy, odpowiedni termin.”

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści projektu istotnych postanowień umowy na:

„§ 4 ust. 2 – Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku, gdy dostawa jest zrealizowana wadliwie lub sprzecznie z umową, jednakże przed odstąpieniem Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia , wyznaczając mu w tym celu dodatkowy termin nie przekraczający 14 dni.”

Pytanie 6

§5 ust. 2 - W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 10% za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych do przyjętego w branży poziomu.

Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do 10% wartości umowy brutto w przypadku odstąpienia od wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Pytanie 7

Prosimy o potwierdzenie, czy w przypadku zaoferowania 36 miesięcznego okresu gwarancji na aparat USG oraz głowice Zamawiający uzna to za tożsame ze spełnieniem wymogu zawartego w par 2 ust 7 Umowy I tym samym nie będzie wymagane wykonanie przeglądu urządzenia po roku od zakończenia okresu gwarancyjnego.

Zamawiający odstąpi od wymogu bezpłatnego przeglądu urządzenia po roku od zakończenia okresu gwarancyjnego w przypadku zaoferowania 36 miesięcznego okresu gwarancyjnego.

**Joanna Komorowska
Dyrektor
SPZOZ w Żukowie**